



Акционерное Общество
« К Р О Н Т – М »

141400, Московская обл., г.Химки, ул.Спартаковская, д.9, пом.1
тел. (495) 572-84-10, факс 572-84-15
Email: info@kront.com

Информационное письмо
о применении в УФ-рециркуляторах «ДЕЗАР» бактерицидных ламп,
не указанных в эксплуатационной документации

В ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторах воздуха «ДЕЗАР» производства АО «КРОНТ-М» в качестве источников излучения должны использоваться только бактерицидные лампы, указанные в эксплуатационной документации (руководстве по эксплуатации).

В соответствии с пунктами 13 и 18 статьи 39 федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские изделия, не соответствующие требованиям эксплуатационной документации производителя являются недоброкачественными медицинскими изделиями и подлежат изъятию и последующему уничтожению.

Генеральный директор



В.П. Сизиков