



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

19.04.2016 № 01И-787/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Во изменение информационного  
письма от 15.03.2016 № 01И-515/16



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 15.03.2016 № 01И-515/16, на основании информации, поступившей от АО «КРОНТ-М», сообщает следующее.

На нижеперечисленные медицинские изделия, производства АО «КРОНТ-М», выпущенные до 17.03.2016, в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» «должна быть нанесена предупреждающая надпись о допустимости транспортировании только в определенном положении (см. Приложение):

- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ», регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04140 от 27.02.2015, срок действия не ограничен;

- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11388 от 11.03.2015, срок действия не ограничен.

По всем вопросам, связанным с предоставлением маркировочной таблички, потребителям следует обращаться в АО «КРОНТ-М» по телефону горячей линии (495) 500-48-84 или по электронной почте [info@kront.com](mailto:info@kront.com).

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

