



Акционерное Общество
« К Р О Н Т – М »

№ 93 от «05» июля 2022 г.

ИНН 5047004056, КПП 504701001;
141402 г. Химки Московская обл., ул.Спартакoвская, 9, пом.1
тел./факс (095) 573-87-11, 572-84-10, -84-15, -84-20

Субъектам обращения
медицинских изделий
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и
ОРУБ-3-5-«КРОНТ»

В связи с письмом Росздравнадзора по Тамбовской области
от 30.06.2022 г. № И68-05-125/22

В связи с рассылкой письма Росздравнадзора по Тамбовской области от 30.06.2022 г. № И68-05-125/22 «О предоставлении информации», Акционерное общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М») сообщает следующее.

Письмом Росздравнадзора России от 07.06.2022 № 01И-630/22 до субъектов обращения медицинских изделий:

- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 и
- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006,

была доведена информация о том, что в указанных медицинских изделиях, независимо от даты их выпуска, разрешено использование УФ-ламп TIBERA UVC 15W/G13 производства «LEDVANCE».

Согласно письму Росздравнадзора по Тамбовской области все субъекты обращения указанных медицинских изделий Тамбовской области должны предоставить требуемую информацию с указанием принятых мер ими мер.

АО «КРОНТ-М» в качестве принятой меры рекомендует указать о том, что:

«Информация, изложенная в письме Росздравнадзора России от 07.06.2022 № 01И-630/22, принята к сведению».

Генеральный директор



В.П. Сизиков